

Deklaracja zgodności UE

Nr 01/2018

1). Producent: **Goshe Sp. z o.o. Olsztyn, ul. Zientary-Malewskiej 41A, 10-307 Olsztyn.**

2). Przedmiot deklaracji:

Ciśnieniomierze z rurką Bourdona, stop miedzi:

Model 100, Model 63, Model 50

zakres Model 100 (0-1 bar; 0-1,6 bar; 0-2,5 bar; 0-4 bar; 0-6 bar; 1-10 bar; 1-16 bar)

zakres Model 63 (0-1 bar; 0-1,6 bar; 0-2,5 bar; 0-4 bar; 0-6 bar; 1-10 bar; 1-16 bar)

zakres Model 50 (0-10 bar)

Klasa dokładności: 1,6, Typ podłączenia: axialny, radialny

3) **Wymieniony produkt jest zgodny z przytoczonymi poniżej normami oraz spełnia wymogi następujących dyrektyw europejskich :**

– PN-EN 837-1:2000: Ciśnieniomierze -- Ciśnieniomierze z rurką Bourdona --
Wymagania i badania

– Dyrektywa ciśnieniowa (2014/68/UE)

zakres wskazań <200 bar : Uznana praktyka inżynierska zgodnie z art 4.3

Dyrektywy ciśnieniowej PED (brak oznakowania CE)

W imieniu producenta podpisał:

Cezary Kiziel

PREZES ZARZĄDU

.....
(nazwisko i stanowisko)

Olsztyn 20.04.2018 r.
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)